

# 質問回答書

平成30年10月1日午後6時30分更新

入札番号	304123
案件名称	平成30年度自動体外式除細動器（AED）の賃貸借（長期継続契約）
質問回答①	質問 「AED用キャリングバッグ（例：日本光電工業株式会社製YC-310V）」とありますが、デザインは異なりますが、機能は同じキャリングケース（AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）（AE-D1044）でもよろしいでしょうか。
	回答 同様の機能を有しているキャリングケースであれば、かまいません。
質問回答②	質問 「AEDサインボード（例：日本光電工業株式会社製Y-260A）」とありますが、弊社製の設置表示ステッカー（18cm角とA4サイズを各1部）でもよろしいでしょうか。
	回答 AEDサインボードについては、AEDが設置してあることが明確であり、周知できるものであれば可とします。
質問回答③	質問 レスキューキットの構成は、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、タオル1本、蘇生用マウスピース（RESACOR）1個でもよろしいでしょうか。
	回答 AEDの付属品については、仕様書に記載しているとおりになります。
質問回答④	質問 「動産総合保険（盗難保険）」とありますが、動産総合保険同等以上を保証している場合、加入は不要でよろしいでしょうか。
	回答 動産総合保険と同等以上の内容が保証されるのであれば、動産総合保険の加入は不要です。

質問回答⑤	<p><b>質問</b></p> <p>「AEDの使用に伴う消耗品の交換に関しては、発注者の費用負担とする」とありますが、AEDの使用時の消耗品については、有償とさせていただいてもよろしいでしょうか。また、使用時の消耗品の交換は設置先に送付する運用でもよろしいでしょうか。</p>
	<p><b>回答</b></p> <p>仕様書に記載しているとおり、AED使用時の消耗品の購入については発注者の費用負担となります。</p> <p>消耗品の交換方法については、その都度協議するものとします。</p>
質問回答⑥	<p><b>質問</b></p> <p>「保守に関しては本契約に含まず、必要があれば発注者と受注者の間で別途協議」とありますが、納品後、定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備を行う対応をさせていただくことでよろしいでしょうか。</p> <p>また、「賃貸借期間中に本契約における賃貸借機器に対して、発注者の希望により基盤改修等を行う場合は、高度管理医療機器に対して必要な資格を有し、発注者が指定する者があたり、受注者に事前に申し出るものとする」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認の上、機器交換等を行い、原状復帰することでよろしいでしょうか。</p>
	<p><b>回答</b></p> <p>消耗品の期限前での定期交換や、万一の際の代替機準備については御対応いただきたいと考えておりますが、使用時の消耗品補充については、必要が生じた際にその都度協議させていただきます。</p> <p>また、機器に異常が生じた場合は、受注者に確認及び相談のうえ対応方法を検討し、適切な対応をするものとします。</p>
質問回答⑦	<p><b>質問</b></p> <p>仕様書5 機器構成（7）のオについて、現在、AED-3100の付属品にペーパータオルは含まれておりません。アのタオルを使用することでよろしいですか。</p>
	<p><b>回答</b></p> <p>AEDの付属品については、仕様書に記載しているとおりになります。</p>